



Klasa: 406-03/25-01/830
Ur.br.: 2182-1-50-08-04-25-3
Šibenik, 19.11.2025.

- ZAJNTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvešće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka javne nabave Biokemijska dijagnostika

S ciljem istraživanja tržišta naručitelj je objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave - tehničke konzultacije u sklopu kojih je zaprimio, zaključno sa danom 27.10.2025., pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

Za Grupu 4 molimo da se razmotri sljedeće:

1. Količine testova

Molimo pojašnjenje jesu li navedene količine testova u dokumentaciji o nabavi stvarne godišnje količine pretraga koje Ustanova uistinu obavlja. Količina od 100 testova godišnje čini se izrazito malom te izaziva sumnju u realnost prikazanih potreba.

- **Tražene količine su potrebne zbog uvođenja novih testova u rutinski rad laboratorija**

2. Izuzeće pretrage Everolimus

Predlažemo izuzeće pretrage Everolimus, budući da je poznato da istu na tržištu može ponuditi isključivo jedan ponuditelj. Uvrštavanje ove pretrage dovodi do favoriziranja odretđenog gospodarskog subjekta, čime se narušava načelo ravnopravnosti ponuditelja i načelo tržišnog natjecanja propisano Zakonom o javnoj nabavi. Taj je zahtjev dodatno tražen i u napomenama troškovnika grupe 4 kojeg prilažemo uz ovaj dopis.

- **Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu stavke 9. Everolimus iz slijedećeg razloga:**

**Na zahtjev nefrologa (praćenje transplantiranih bolesnika), nakon provedene verifikacije ,
navedena pretraga se uvodi u rutinski rad laboratorija.**

3. Izmjena pretrage Troponin T u Troponin I/T

Molimo izmjenu pretrage Troponin T u Troponin I/T - iz istog razloga predmetnu pretragu na tržištu može ponuditi samo jedan ponuditelj, čime se stvara neravnopravan položaj ostalih gospodarskih subjekata te se krše temeljna načela javne nabave. Taj je zahtjev dodatno tražen i u napomenama troškovnika grupe 4 kojeg prilažemo uz ovaj dopis.

- **Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu stavke 14. Troponin T hs iz slijedećih razloga: Troponin T (TnT)hs i Troponin I (TnI)hs, kao visokosenzitivni kardiomarkeri, su dvije različite proteinske podjedinice troponinskog kompleksa, a njihove izmjerene vrijednosti nisu međusobno zamjenjive niti direktno usporedive. Marker Troponin I hs Naručitelj koristi kao primarni test, a Troponin T hs predviđen je kao potvrdni u graničnim ili klinički nejasnim situacijama.**

4. Izuzeće dodatnog uvjeta br. 19.

Predlažemo izuzeće dodatnog uvjeta označenog kao „19.“, budući da taj uvjet generira dodatne količine infektivnog plastičnog otpada, dok se istovjetni rezultat može postići uporabom drugih, ekološki prihvatljivijih tehnologija.

- **Naručitelj ne prihvaća izuzeće stavke 19. jer ona eliminira kros – kontaminaciju (Carry – Over) i osigurava pouzdanost rezultata mjerenja.**

5. Zahtjev za izmjenom uvjeta 21.

S obzirom na ukupni broj godišnjih testova, smatramo da nije potreban tako velik kapacitet za istovremeno testiranje uzoraka, te predlažemo njihovo smanjenje sa minimalnog broja od 74 istovremena uzorka barem na njih 70.

- **Naručitelj prihvaća taženu izmjenu.**

6. Izuzeće dodatnog uvjeta br.22.

Predlažemo izuzeće dodatnog uvjeta označenog kao „22.“, kojim se zahtijeva određeni softverski modul. Napominjemo kako se navedeni softver ne odnosi na pretrage navedene u troškovniku te da ga na tržištu nudi samo jedan gospodarski subjekt, time se ponovno narušava načelo jednakog tretmana ponuditelja i tržišnog natjecanja.

- **Naručitelj ne prihvaća izuzeće uvjeta 22.**
Nabava reagensa za perinatalni probir bez odgovarajućeg, validiranog i certificiranog softvera za izračun rizika je bespredmetna. Time se ne bi postigla svrha nabave, jer Naručitelj ne bi mogao izdati konačan i pouzdan nalaz.

Za grupu 1:

- Molimo da se definiraju dimenzije prostora predviđenog za stavljanje 2 integrirana sustava.
Svi zainteresirani subjekti posjetili naš laboratorij i znaju dimenzije prostora.
- Kod bodovanja nefinancijskog kriterija molimo da se ukloni kriterij ROMA indeks, pošto je on patentiran pa se na taj način pogoduje samo jednom ponuđaču.
Naručitelj ne prihvaća traženi zahtjev, zbog osiguranja kvalitete ostaje pri svom zahtjevu.
- Kod bodovanja nefinancijskog kriterija molimo da se ukloni kriterij najveće pakiranje, jer veličina pakiranja nije bitna za predmet nabave.
Naručitelj ne prihvaća traženi zahtjev, već zbog osiguranja kvalitete ostaje pri svom zahtjevu.
- Molimo da se omogući dostavljanje dokaza i na engleskom jeziku.
Naručitelj ne prihvaća traženi zahtjev jer je službeni jezik u Republici Hrvatskoj hrvatski.

Za grupu 4 - Automatizirani sustav imunokemija:

Točka 5. Za svaki artikl ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku.

Prijedlog izmjene:

Za svaki artikl ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom ili engleskom jeziku.

- **Naručitelj prihvaća traženu izmjenu uz korekciju:** Za svaki artikl ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti Korisnički priručnik na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Točka 9. U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis mjernog instrumenta u roku od 24 sata.

Prijedlog izmjene:

U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis mjernog instrumenta u roku od 48 sati.

- **Naručitelj prihvaća traženu izmjenu.**

Točka 14. Priložiti potvrđnice ovlaštenih serviseri za ponuđene uređaje, popis serviseri i telefonske brojeve.

Prijedlog izmjene:

Priložiti potvrđnice ovlaštenih serviseri za ponuđene uređaje te popis serviseri.

- **Naručitelj prihvaća traženu izmjenu.**

Točka 23. Priložiti referentnu listu instaliranih analizatora u RH (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice i Opće bolnice) – minimalno 10.

Prijedlog izmjene:

Priložiti referentnu listu instaliranih analizatora u RH (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice i Opće bolnice) – minimalno 4.

- **Naručitelj prihvaća traženu izmjenu.**
-

Za grupu 5.

Molimo uklanjanje nefinancijskog kriterija za grupu predmeta nabave 5: Reagensi za analizu mokraće: „ Trake za analizu mokraće su kazetnog pakiranja“.

Naime, kazetno pakiranje nije moguće koristiti u svrhu ručnog korištenja trake, što smanjuje fleksibilnost ponuđenog rješenja s obzirom na to da je u kompleksnim kliničkim slučajevima ponekad potrebna organoleptička provjera uzorka te ručno korištenje i očitavanje trake za kemijsku analizu mokraće.

- **Naručitelj prihvaća traženu izmjenu**

Kriterij kvalitete za odabir ponude

Kriterij	Bodovanje		Ispunjava ponuditelj da/ne	Bodovi
Cijena ponude				94
Kalibracija s četiri točke kalibratora	Kriterij zadovoljen	3		
	Kriterij nije zadovoljen	0		
	Kriterij nije zadovoljen	0		
Minimalni volumen uzorka za analizu 2,6 ml	Kriterij zadovoljen	3		
	Kriterij nije zadovoljen	0		
Maksimalni broj bodova				100

Ovaj se Zapisnik/Izvješće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku te odgovorima na iste, javno objavljuje na web stranici OB Šibenik kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj nije održavao sastanak s zainteresiranim subjektima.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

